KYRI DSS
LA ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA

TECNO-GAZ industries

www.tecnogaz.com



Mas información
¡Encuadre y haga clic!

Volumen de aspiración/caudal regulable hasta 90 l/min.

Diseño elegante y de dimensiones reducidas

Bomba de alto rendimiento y bajo nivel de ruido

KYRI DSS
Art. AC001ZB3

Aspiración quirúrgica autónoma desarrollada específicamente para cirugía dental.

La unidad de succión quirúrgica Kyri DSS hace frente a todos los requisitos quirúrgicos gracias a su caudal de succión de 90 l/min y un alto vacío constante de hasta 900 mbar.

Bomba de alto rendimiento y bajo nivel de ruido

Con una emisión de ruido de 46,4 dB, constituye una referencia en el mercado. La baja presión sonora representa una ventaja, ya que reduce el estrés del paciente facilitando el trabajo del odontólogo y su equipo.

KYRI DSS
Aspiración quirúrgica en implantología y cirugía dental

Interacción

Durante las intervenciones clínicas, cada componente del sistema quirúrgico debe ofrecer el máximo rendimiento. De hecho, durante la intervención quirúrgica en implantología o cirugía maxilofacial, el sistema de aspiración debe eliminar con precisión elevados volúmenes de sangre y porciones de tejido óseo o mucoso mediante una limpieza controlada y un caudal ajustable.

Funcionalidad y diseño

Además, ha de considerarse en primer lugar la comodidad del paciente para no incrementar el estado de tensión y de estrés típico de las situaciones clínicas complejas. El aspecto de un sistema de aspiración, capaz de integrarse en una clínica dental moderna, no debe ser impactante para el paciente y no debe ser una fuente.

Operativo

Cada uno de los componentes debe favorecer la concentración del cirujano y presentar las características necesarias para satisfacer sus exigencias. Un aparato de aspiración profesional debe garantizar un funcionamiento permanente y realizar la aspiración tanto “a demanda” como “continua”. Por consiguiente, es necesario estudiar en profundidad la forma y la funcionalidad del aparato para que se integren adecuadamente en las distintas fases de la operación. El tratamiento de la secreción recogida debe minimizar el riesgo de contaminación cruzada y la necesidad de manipulación.



Sistema “Switch”

Gracias a un selector, se desvía el flujo aspirado a diferentes vasos garantizando así un funcionamiento ininterrumpido.

Sistema de vasos de recogida con bolsa

Gracias al innovador sistema de vaso con bolsa desechable incorporada y tapón de cierre de seguridad, el técnico no entra en contacto con las secreciones garantizando así la máxima higiene y facilidad de uso.



Pedal con doble función

Este sistema permite controlar la activación de la aspiración. Las dos modalidades disponibles permiten el uso ininterrumpido o la activación y desactivación con la presión ejercida sobre el pedal garantizando el máximo control.

Provisto de ruedas deslizantes y freno de seguridad

Para la máxima comodidad y una integración ambidiestra en la sala quirúrgica.

Kyri DSS

Dimensions AxAxP	36×101×44 cm
Emisión de sonido	46 dB
Peso	20 Kg
Succión	90 L/min
Depresión	900 mBar
Alimento	230 V/50 Hz

www.tecnogaz.com

Todos los derechos reservados a Tecno- Gaz S.p.A. Nos reservamos la posibilidad de modificar las imágenes o el contenido sin preaviso. Tecno- Gaz S.p.A., no se hace responsable de los daños originados por una ausencia o inexactitud de la información suministrada en el presente documento. Las imágenes del presente documento se muestran con fines exclusivamente ilustrativos.

MTGZD0368